

当前位置：公告预览

复旦大学非标记的心脏安全性筛选分析系统等采购国际招标项目中标公告

2019年11月15日 16:10 来源：中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】

上海国际招标有限公司受复旦大学的委托，就“复旦大学非标记的心脏安全性筛选分析系统等采购国际招标项目”项目（项目编号：0705-1940182008IN）组织采购，评标工作已经结束，中标结果如下：

一、项目信息

项目编号：0705-1940182008IN

项目名称：复旦大学非标记的心脏安全性筛选分析系统等采购国际招标项目

项目联系人：马骏

联系方式：021-62791919

二、采购单位信息

采购单位名称：复旦大学

采购单位地址：上海市邯郸路220号

采购单位联系方式：许老师、021-65641327

三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期：

包件号	名称	数量	简要技术规格	合同履行日期
1	非标记的心脏安全性筛选分析系统	1套	具有检测心肌细胞收缩、场电位、细胞增值和凋亡等功能；实时自动数据采集，无需人员值守；阻抗时间分辨率范围在1~10ms或更优；阻抗测量精度：	签订合同后3个月内

			相对精度：< 100m欧姆， 绝对精度：可校准	
2	温氧可控的显微操作工作站	1套	显微给药系统部分：给药枪头主体至少含有8个微槽，包括4个回收槽和4个给药槽。可以进行4种不同试剂编程给药；不同试剂之间切换在0.1s内完成	签订合同后3个月内
3	微血管长时培养与压力直径一体化测定系统	1套	微血管样本大小：最小可到60um或更优	签订合同后3个月内
4	医学硬组织自动化切磨系统	1套	最大横切面： ≥100×80mm； 切片速度：10-500m/min（可调）或更优； 切割方式：带锯式或圆盘锯切割； 最大切割高度：≥100mm； 最大切割宽度：≥70mm； 最大切割行程：≥145mm	签订合同后3个月内

四、采购代理机构信息

采购代理机构全称：上海国际招标有限公司

采购代理机构地址：中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼

采购代理机构联系方式：马骏、021-62791919

五、中标信息

招标公告日期：2019年10月08日

中标日期：2019年11月15日

总中标金额：658.52276 万元（人民币）

中标供应商名称、联系地址及中标金额：

招标编号/包号：0705-1940182008IN/01

货物名称、数量	非标记的心脏安全性筛选分析系统、1套
中标商名称	鑫仪仪器国际贸易有限公司
中标商地址	香港九龙观塘鲤鱼门道二号新城工商中心517室
制造商名称	Nanion

制造商国别及地区	德国
中标价格	USD 368,500.00 (折合CNY 2,577,436.40)

招标编号/包号：0705-1940182008IN/02

货物名称、数量	温氧可控的显微操作工作站、1套
中标商名称	腾易（香港）科技有限公司
中标商地址	FLAT/RM B8/F CHONG MING BUILDING 72 CHEUNG SHA WAN RD KL
制造商名称	Ruskin
制造商国别及地区	英国
中标价格	USD 245,500.00 (折合CNY 1,717,125.20)

招标编号/包号：0705-1940182008IN/03

货物名称、数量	微血管长时培养与压力直径一体化测定系统、1套
中标商名称	合利贸易（香港）有限公司
中标商地址	香港湾仔骆克道114-118号嘉洛商业大厦5楼B室
制造商名称	DMT
制造商国别及地区	丹麦
中标价格	USD 150,500.00 (折合CNY 1,052,657.20)

招标编号/包号：0705-1940182008IN/04

货物名称、数量	医学硬组织自动化切磨系统、1套
中标商名称	北京共赢联盟国际科技有限公司
中标商地址	北京市朝阳区望京园601号楼6层709
制造商名称	EXAKT Advanced Technologies GmbH
制造商国别及地区	德国
中标价格	USD 177,000.00 (折合CNY 1,238,008.80)

本项目招标代理费总金额：5.901435 万元（人民币）

本项目招标代理费收费标准：

按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发改计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办[2003]857号）所规定的货物类收费标准下浮33.27%计算收取。

评审专家名单：

杨曙平、宋庚明、姜诚东、刘洪波、李华

中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求：

招标编号/包号：0705-1940182008IN/01

中标标的名称：非标记的心脏安全性筛选分析系统

规格型号：Cardioexcyte 96

数量：1套

单价：USD 368,500.00

服务要求：满足招标文件要求

招标编号/包号：0705-1940182008IN/02

中标标的名称：温氧可控的显微操作工作站

规格型号：Invivo2400

数量：1套

单价：USD 245,500.00

服务要求：满足招标文件要求

招标编号/包号：0705-1940182008IN/03

中标标的名称：微血管长时培养与压力直径一体化测定系统

规格型号：DMT114P

数量：1套

单价：USD 150,500.00

服务要求：满足招标文件要求

招标编号/包号：0705-1940182008IN/04

中标标的名称：医学硬组织自动化切磨系统

规格型号：EXAKT300CP

数量：1套

单价：USD 177,000.00

服务要求：满足招标文件要求

六、其它补充事宜

本项目的评标结果已在机电产品招标投标电子交易平台（网址为：<http://www.chinabidding.com/>）上公示，如投标人或其他利害关系人对公示的评标结果有异议请在公示期内按有关规定提出。

