

复旦大学 300TW 飞秒强激光装置采购招标项目

(项目编号: 2102027135)

澄清问题汇总及答复

各投标人:

复旦大学 300TW 飞秒强激光装置采购招标项目 (项目编号: 2102027135) 的澄清问题汇总及答复内容如下:

1. 在项目采购的技术规格需求中, 第 (16) 项, 包含 100TW、300TW 双路压缩器。可以为 100TW+200TW 双路压缩器吗?

答: 原文指标是正确的。要求激光器可单路 300TW 运行, 也可以双路 100TW+200TW 运行。因此需要其两路的单独运行上限应该在 100 和 300TW, 以保障两种运行模式下都可以正常工作。

复旦大学
上海国际招标有限公司
2022 年 12 月 6 日

回执

致：上海国际招标有限公司

我方在此确认已收到贵方于 2022 年 12 月 6 日发出的复旦大学 300TW 飞秒强激光装置采购招标项目（项目编号：2102027135）的澄清问题汇总及答复。

特此函告。

投标人盖章：_____